



级 别: 分析纯
检验依据: GB/T 654-2011
分子式: BaCO_3
分子量: 197.34
检验日期: 2013-01-13

检 验 项 目	分析纯		检验结果
含量(BaCO_3)	$\geq 99.0\%$	$\geq 98.5\%$	99.4%
澄清度试验, 号	≤ 4	≤ 6	< 4
盐酸不溶物	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.05\%$	$< 0.01\%$
碱度(以 OH^- 计), mmol/g	≤ 0.002	≤ 0.005	< 0.002
氯化物(Cl)	$\leq 0.002\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.002\%$
硫化物(S)	$\leq 0.0001\%$	$\leq 0.0005\%$	$< 0.0001\%$
总氮量(N)	$\leq 0.002\%$	$\leq 0.005\%$	$< 0.002\%$
钠(Na)	$\leq 0.02\%$	$\leq 0.05\%$	$< 0.02\%$
钾(K)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.005\%$
钙(Ca)	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.03\%$	$< 0.01\%$
铁(Fe)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.0015\%$	$< 0.0005\%$
锶(Sr)	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.3\%$	$< 0.1\%$
重金属(以Pb计)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0005\%$

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: